

USER GUIDE






導尿トレーナー スタンダード

品番:160853

インデックス

商品構成	3
安全と清掃の手引き	4
セットアップ	5
本体フレームを設置する	5
• 包皮を取り付ける	6
給水システムを組み立てる	7
• 使用後に排水する	9
洗浄後に組み立てる	10

TAKE A LOOK AT OUR VIDEO



VISIT THE WEBSITE limbsandthings.com

OR YOUTUBE CHANNEL youtube.com/limbsandthings


商品構成

男性導尿モジュール



本体フレームとスタンド

160864



潤滑剤 (導尿用)

160892



給排水延長チューブ

160867



女性導尿モジュール

160856

男性導尿用包皮(3個入)

160859



抗菌剤

150185



14Fr フォーリーカテーテル



給水システム

160893



カテーテル無菌包装用スリーブ(2枚入)

160862



膿盆(プラスチック製)



ARTマット(導尿トレーナー用)

160131

※別冊ガイド参照 (折り曲げ厳禁)



安全と清掃の 手引き

導尿トレーナーを使用される前に、 この安全の手引きを確認してください

DO's



このガイドのすべての指示に従ってください。 このガイドは保管をしてください。すべての警 告に注意してください。

製造元から供給されるアタッチメントと 消耗品だけ使用してください。



資格を有したサービス担当者にすべてのサービスを依頼してください。損傷した場合は、整備が必要です。

常にグローブをつけ、 指輪などの貴金属は つけないでください。ネイルなど鋭利なも のは、モデル損傷の原因となります。



カテーテルを挿入するときは潤滑剤を使用して下さい。

指定の抗菌剤 (ミルトン) を使用してく ださい。



14Frのフォーリーカテーテルを使用してください。

使用後は、柔らかい布やスポンジを中性 洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞っ た後、やさしく拭いてください。



DON' Ts



熱源の近くに設置したり、 炎にさらしたり、 火の近くで使用したりしないでください。 本製品の近くまたは上で可燃性の溶剤を使用 しないでください。

本品を電気製品や水による損傷のあるものの近くに設置しないでください。





カテーテルを挿入したままにしないでください。変形が生じ、本来の性能が損なわれます。

バルーンが膨らんだままカテーテルを抜去しないでください。





麻酔ジェルを使用しないでください。付属の疑似ジェル(水性潤滑剤)を使用してください。

お客様のもとでの製品の分解や修理を禁止しま す。販売店から製造元に依頼をしてください。







水が入ったまま製品を長時間放置しないでください。使用後は解体し清掃を行ってください。


STORAGE & TRANSPORTATION




ケガや製品損傷を防ぐため、輸送中や保管中に製品が適切に梱包、固定されていることを 常に確認してください。































YOU MAY ALSO BE INTERESTED IN...



キャリーケース (中)

140209





Part No: 965-511

第5版 2023年10月 © 2023 Limbs & Things

与 日本ライトサービス株式会社 Nihon Light Service, Inc.

- 医学教育機器事業部

- ♀ 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-42-1
- **** 03-3815-2354
- **a** 03-3818-6843
- igaku@nlsinc.co.jp

 igaku@nlsinc.co.jp
- www.medical-sim.jp